

УТВЕРЖДАЮ

ГКП на ПХВ «Отырарская центральная районная больница УЗ

Туркестанской области

Руководитель: _____ Обдмэлк Б.Ө.

Дата составления "23" апреля 2024 года

Объявление №4 о проведении закупки товаров, лекарственных средств и медицинского изделия способом запросов ценовых предложений

государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Отрарская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области, заказчик и организатор выступающий в одном из следующих случаев:

находящейся по адресу: Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер Д.Алтынбекова №25 (1), объявляет о проведении закупки способом запросов ценовых предложений в соответствии приказом Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила)

2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий, описание фармацевтических услуг, объем закупки, место поставки, сумму, выделенную для закупки по каждому товару;

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Сроки и условия поставки товаров	Кол-во	Цена	Сумма	Место поставки
1	Концентрированный моющий раствор 500-мл из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (500 мл) (BioSystems S.A. Испания)	Концентрированный моющий раствор 500 мл из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), объем 500 мл, 1+15+30 С	шт	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жыл ішінде келісім бойынша, По заявке заказчика в течение года по согласованию	30	89 490	2 684 700	Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер Д.Алтынбекова №25 (1)
2	Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (4 x 15 мл) (BioSystems S.A. Испания)	Набор растворов для очистки из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), 4x15 мл, +2+30 С	упак	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жыл ішінде келісім бойынша, По заявке заказчика в течение года по согласованию	10	34 430	344 295	Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер Д.Алтынбекова №25 (1)
3	Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA200 (BioSystems S.A. Испания)	Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA200, производства компании BioSystems S.A (Испания), 4x20мл, +2+30 С	упак	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жыл ішінде келісім бойынша, По заявке заказчика в течение года по согласованию	2	36 158	72 315	Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер Д.Алтынбекова №25 (1)
4	Реакционный ротор (10) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (BioSystems S.A. Испания)	Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A, Испания, метакрилатный термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке	упак	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жыл ішінде келісім бойынша, По заявке заказчика в течение года по согласованию	2	47 396	94 791	Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер Д.Алтынбекова №25 (1)
5	Кюветы для образцов (1000) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1000 шт) (BioSystems S.A. Испания)	Кюветы для образцов из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A, Испания, 1000 штук в упаковке	упак	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жыл ішінде келісім бойынша, По заявке заказчика в течение года по согласованию	3	35 060	105 179	Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер Д.Алтынбекова №25 (1)
6	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (5 x 5 мл) (BioSystems S.A. Испания)	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: АСЕ, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксипирибутил, общий и прямой билирубин, кальций, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холестерин, СК-креатинин, глюкоза, ГТТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка, 5x5мл, 1+2+8 С	упак	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жыл ішінде келісім бойынша, По заявке заказчика в течение года по согласованию	1	55 547	55 547	Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер Д.Алтынбекова №25 (1)
7	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 1 из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (5 x 5 мл) (BioSystems S.A. Испания)	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 1 набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: АСЕ, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксипирибутил, общий и прямой билирубин, кальций, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холестерин, СК-креатинин, глюкоза, ГТТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5x5мл, 1+2+8 С	упак	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жыл ішінде келісім бойынша, По заявке заказчика в течение года по согласованию	3	55 547	166 640	Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер Д.Алтынбекова №25 (1)
8	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (5 x 5 мл) (BioSystems S.A. Испания)	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 11 набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: АСЕ, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксипирибутил, общий и прямой билирубин, кальций, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холестерин, СК-креатинин, глюкоза, ГТТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5x5мл, 1+2+8 С	упак	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жыл ішінде келісім бойынша, По заявке заказчика в течение года по согласованию	3	55 547	166 640	Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер Д.Алтынбекова №25 (1)
9	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (8 x 60 мл + 8 x 15 мл) (BioSystems S.A. Испания)	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль, 2-оксиглоатат/L-аланин, кинетика, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л, рН 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглоатат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л. Повторность (CV) - 3.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV) - 5.0 %. Средняя концентрация: 133 Ед/л = 2.21 мккат/л. Повторность (CV) - 1.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV) - 1.4%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8x60мл+8x15мл, температура хранения +2+8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	упак	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жыл ішінде келісім бойынша, По заявке заказчика в течение года по согласованию	10	76 808	768 075	Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер Д.Алтынбекова №25 (1)
10	АСПАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (8 x 60 мл + 8 x 15 мл) (BioSystems S.A. Испания)	АСПАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль, 2-оксиглоатат/L-аспартат, кинетика, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, майлатдегидрогеназа >460 Ед/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л рН 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглоатат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л. Повторность (CV) - 2.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV) - 5.8%; Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2.55 мккат/л. Повторность (CV) 1.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV) - 2.7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8x60мл+8x15мл, t+2+8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	упак	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жыл ішінде келісім бойынша, По заявке заказчика в течение года по согласованию	10	76 808	768 075	Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер Д.Алтынбекова №25 (1)
11	АЛЬБУМИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (10 x 60 мл + 8 x 15 мл) (BioSystems S.A. Испания)	АЛЬБУМИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, печеночный, почечный профиль, бромкрезоловый зеленый, конечная точка, жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Апетитный буфер 100 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый 0.27 ммоль/л, детергент, рН 4.1; Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.21 г/л. Пределы линейности: 70г/л. Точность: Средняя концентрация 38.4 г/л: Повторность (CV) - 0.8 %. Внутрилабораторный показатель (CV) - 1.2 %. Средняя концентрация: 57.1 г/л. Повторность (CV) - 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV) - 1.1%. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2+8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	упак	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жыл ішінде келісім бойынша, По заявке заказчика в течение года по согласованию	1	27 757,50	27 758	Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер Д.Алтынбекова №25 (1)

12	Биометрический BA400 (2 x 60)	АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Панкреатический профиль, этилендиол блокированный субстрат, кинетика, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. HEPES 50 ммоль/л, хлорид кальция 0.075 ммоль/л, хлорид магния 13 ммоль/л, α-глюкозидаза > 4 Ед/мл, pH 7.1. Реагент В. HEPES 50 ммоль/л, 4-нитрофенил-мальтогептагидролизат-этилендиол 18 ммоль/л, pH 7.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 5.6 Ед/л = 0.094 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21.6 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 100 Ед/л = 1.67 мккат/л. Повторность (CV) - 1.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.9 %, Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.4 мккат/л. Повторность (CV) 2.1 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.3 %, Точность: Моча. Средняя концентрация 103 Ед/л = 1.71 мккат/л. Повторность (CV) - 2.2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %, Средняя концентрация: 206 Ед/л = 3.42 мккат/л. Повторность (CV) 2.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.1 %. Количество исследований - 450, фасовка 2x60мл+2x15мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	упак	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жыл ішінде келісім бойынша, По заявке заказчика в течение года по согласованию	1	172 405,50	172 406	Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер Д.Алтынбекова №25 (1)
13	Ферритин BA400 (1 x 40 мл + 40)	ФЕРРИТИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, инфекционный, воспалительный профиль, латекс-агглютинация/антитела к ферритину человека, фиксированное время, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 170 ммоль/л, хлорид натрия 100 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц, меченых антителами к ферритину человека, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 5.4 мкг/л. Интервал измерения: 5.4-500 мкг/л. Точность: Средняя концентрация 53 мкг/л. Повторность (CV) - 3.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %, Средняя концентрация 121 мкг/л. Повторность (CV) -1.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.6 %. Количество исследований - 180. Фасовка 1x40мл+1x20 мл, температура хранения +2 +8 °C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	упак	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жыл ішінде келісім бойынша, По заявке заказчика в течение года по согласованию	1	257 338,50	257 339	Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер Д.Алтынбекова №25 (1)
14	Белок BA400 (1 x 40 мл + 40)	БЕЛОК (МОЧА+СПИННОМОЗГОВАЯ ЖИДКОСТЬ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Состав: Реагент: Красный пирогаллол 60 ммоль/л, молибдат натрия 40 ммоль/л, сукцинат 50 ммоль/л, pH 2.3, детергент. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 26.0 мг/л. Пределы линейности: Средняя концентрация- 696 мг/л. Повторность (CV) -0.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.4 %, Средняя концентрация- 1427 мг/л. Повторность (CV) -0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.9 %, Количество исследований - 240, фасовка 4x20мл, t+15 +30°C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	упак	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жыл ішінде келісім бойынша, По заявке заказчика в течение года по согласованию	1	7 513,50	7 514	Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер Д.Алтынбекова №25 (1)